



AESCULAP® ELAN 4


INWENDIGE REINIGING VAN HANDSTUKKEN MET SPOELREK



Gebruik het spoelrek nooit zonder GB693 waterfilter.








1. **Bevestig de handstukken (met kop naar beneden) in het spoelrek.**

2. **Voorspoelen:** houd het waterpistool tegen de connector aan de zijkant en spoel de handstukken ten minste 3x gedurende 5 seconden.

Gebruik tegelijkertijd een kompres om de aansluiting voor de irrigatiebuis bedekken.

3. **Bevestig het spoelrek aan de reinigingsbeugel in de desinfectie wasmaschine.**

4. **Reinig met desinfectie wasmiddel.**

5. **Houd het luchtpistool tegen de connector aan de zijkant en blaas het resterende water uit handstukken.**

Gebruik tegelijkertijd een kompres om de aansluiting voor de irrigatiebuis bedekken.

6. **Olie de gereinigde handstukken.**

Verwijder het handstuk uit het spoelrek en spray STERILIT® Power Systems oliepray GB600 gedurende 2 seconde in het handstuk.

7. **Blaas onzuiverheden uit het waterfilter via de connnector aan de zijkant.**

Gebruik tegelijkertijd een kompres om de aansluiting voor de irrigatiebuis bedekken.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor succesvolle steriele verwerking. Raadpleeg in het bijzonder de voorschriften in de gebruiksaanwijzing en de relevante wettelijke eisen en normen op nationaal niveau.

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

V07/19